

## **ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Κοιν.: ΥΠ.Ε.Ε.Δ.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ  
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Μονής Πετράκη 10 - 12, Τ.Κ. 115 21  
Τηλ: 210 7288170-137  
Αθήνα, 22 Μαΐ 2018

### **ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1<sup>η</sup> ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ** **ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 8/2018**

1. Έχοντας υπόψη:
  - α. Τις ιδρυτικές διατάξεις του Ιδρύματος,
  - β. Τις κείμενες διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού,
  - γ. Τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημόσιων Συμβάσεων,
  - δ. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
  - ε. Τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και ιδιαιτέρως την υπ. αριθμ. ΠΔΣ 1246/15ο/10.12.2015.

### **Α Ν Α Ρ Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι**

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των παραρτημάτων του παρόντος στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος: [www.nimts.gr](http://www.nimts.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη παρεχόμενων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής της και παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 06/06/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

4. Η διαβούλευση θα διεξαχθεί με ανοιχτή διαδικασία, μη δεσμευτικής συμμετοχής των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών. Επιπρόσθετα να επισημαίνεται το εκτιμώμενο κόστος (μη δεσμευτικού χαρακτήρα).

5. Το Ίδρυμα δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

## **ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

6. Ευελπιστούμε για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

7. Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ.

Ακριβές αντίγραφο

Ταχχος Γεώργιος Γιαννακός  
Δντής- Συντονιστής

Λγος (Ο) Γεώργιος Πλαστάρας  
Προϊστ. Τμ. Προμηθειών

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:**  
**«Α» ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ**

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**

- 1) Αιμοστατικά υλικά άμεσου επίσχεσης αιμορραγίας με ανθρώπεια θρομβίνη (Κωδικός Υλικού: 22301):
  - Να είναι αποστειρωμένο μιας χρήσεως.
  - Να αποτελείται από κόλλα ή ζελατίνη ανθρωπείας ή ζωικής προέλευσης με ανθρώπεια θρομβίνη.
  - Να ελέγχει άμεσα την αιμορραγία και να απορροφάται γρήγορα από τον οργανισμό.
  - Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ανοιχτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις.
  - Να συνοδεύεται από ΚΙΤ προετοιμασίας, η οποία να είναι εύκολη και ταχεία.
  - Το τελικό προϊόν να είναι τουλάχιστον 5 ml, για επάρκεια κάλυψης μεγάλης επιφάνειας.
  - Να παραμένει χρησιμοποιήσιμο για τουλάχιστον 4 ώρες μετά την ανασύσταση.
  - Η τιμή του να είναι ευθέως ανάλογη της ποσότητας του προϊόντος που προσφέρεται.
  - Να φέρει σήμανση CE Mark.
  
- 2) Αιμοστατικό clip (Κωδικός Υλικού: 23789)
  - Να είναι αποστειρωμένο, μιας χρήσης, αυτόματο εργαλείο απολίνωσης αγγείων.
  - Να είναι κατάλληλο για ανοικτά τραύματα.
  - Να απολινώνει ασφαλώς τα αγγεία.
  - Να είναι εφοδιασμένο με τουλάχιστον 15 clips τιτανίου.
  - Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη των clips.
  - Να φέρει σήμανση CE Mark.
  
- 3) Αιμοστατικές γάζες (Κωδικός Υλικού: 22014)
  - Να είναι αποστειρωμένη μιας χρήσεως.
  - Να αποτελείται από οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη.
  - Να επιφέρει γρήγορη αιμόσταση (εντός ολίγων λεπτών).
  - Να απορροφάται γρήγορα από τον οργανισμό (εντός 2 εβδομάδων).
  - Να μπορεί να εφαρμοστεί σε ανοιχτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις.
  - Να μην κολλάει στα γάντια, σκίζεται, ή θρυμματίζεται κατά την εφαρμογή.
  - Να διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις.
  - Να έχει βακτηριοκτόνο δράση.
  - Να φέρει σήμανση CE Mark.
  
- 4) Αιμοστατικοί σπόγγοι απορροφήσιμοι (Κωδικός Υλικού: 23786)
  - Να είναι αποστειρωμένος μιας χρήσεως.
  - Να αποτελείται από ζελατίνη ζωικής προέλευσης.
  - Να ελέγχει άμεσα την αιμορραγία (εντός ολίγων λεπτών).
  - Να απορροφάται από τον οργανισμό εντός ολίγων εβδομάδων.
  - Να επιφέρει τοπική αιμόσταση μικρών αγγείων στις περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις.

- Να μην επηρεάζει αρνητικά την διαδικασία επούλωσης.
- Να μην κολλάει στα γάντια, σκίζεται, ή θρυμματίζεται κατά την εφαρμογή.
- Να διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις, καθώς επίσης και σε κυλινδρικό σχήμα για εφαρμογή στο ορθό.
- Να φέρει σήμανση CE Mark.

5) Αιμοστατικό Endo – Clip (Κωδικός Υλικού: 21847)

- Να είναι αποστειρωμένο, μιας χρήσης, αυτόματο εργαλείο απολίνωσης αγγείων.
- Να είναι κατάλληλο για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις.
- Να φέρει πιστολοειδή λαβή και περιστρεφόμενο στυλεό, για clip μεσαίου αλλά και μεγάλου μεγέθους.
- Να είναι εφοδιασμένο με τουλάχιστον 15 clips τιτανίου.
- Να απολινώνει ασφαλώς τα αγγεία.
- Να εξασφαλίζει την ασφαλή συγκράτηση των clips στις σιαγόνες.
- Να φέρει σήμανση CE Mark.

Ακριβές αντίγραφο

Σχης (Ο) Κων/νος Ρόδης  
ΔΟΥ

Λγος (Ο) Γεώργιος Πλαστάρας  
Προϊστ. Τμ. Προμηθειών